

Kon Tum, ngày 31 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 31 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Đinh nội tủy xương đùi ngắn các cỡ, chất liệu titan	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu Ti-6Al-4V- Đường kính đầu đinh: 16.5mm- Đường kính thân đinh 9.3/10/11/12mm, Chiều dài 170/200/240mm, góc CCD(Góc vít và thân đinh) 130 độ- Đầu đinh hướng ra ngoài 5 độ phù hợp với góc cong mấu chuyển lớn- Độ dày thành đinh (Một mặt: 2.5mm đối với đinh có đường kính 9.5mm; 2.75mm đối với đinh có đường kính 10mm; 3.25mm đối với đinh có đường kính 11mm; 3.75mm đối với đinh có đường kính 12mm)- Đường kính trong đinh 4.5mm- Bán kính cong: R1600 - 2500- Tiêu chuẩn ISO 13485	4	Cái

2	Vít chốt cổ xương đùi gắn các cỡ, chất liệu titan	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Ti-6Al-4V - Chế độ khóa 1 lưỡi chống xoay (Anti-rotation blade) - Đường kính thân 10.3mm - Đường kính trục 8.3 - Chiều dài 70-120mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 	4	Cái
3	Đinh nội tủy xương chày các cỡ, chất liệu titan	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Chất liệu Ti-6Al-4V - Đường kính đầu 11.5mm - Đường kính thân 8.3/9/10/11.5mm - Độ uốn cong đầu gần (Herzog): 10 độ - Vị trí uốn cong đầu gần: 60mm - Góc uốn cong đầu xa: 4 độ - Bán kính cong R1000 - Độ dày thành đinh (1.5mm đối với đinh có đường kính 8.3mm; 2.0mm đối với đinh có đường kính 9mm; 2.5mm đối với đinh có đường kính 10mm; 2.75mm đối với đinh có đường kính 11.5mm) - Đường kính trong đinh 5.0mm đối với đinh có đường kính 8.3mm; 9mm; 10mm - Đường kính trong đinh 5.5mm đối với đinh có đường kính 11.5mm - Chiều dài đinh 260/280/300/320/340/360/380/400/420mm - Khoảng cách lỗ bắt vít đầu gần đinh đến các lỗ vít ở vị trí gần lần lượt là 15mm; 30mm; 40mm - Khoảng cách lỗ bắt vít đầu xa đinh đến các lỗ bắt vít ở vị trí xa lần lượt là 10mm; 25mm; 35mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 	7	Cái
Tổng cộng : 3 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 8,9/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân