

Kon Tum, ngày 29 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367566869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h30 ngày 29.. tháng ..7.. năm 2024 đến trước 17h ngày ...08.. Tháng ..8.. năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...08.. tháng ..8.. năm 2024


II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	28,000	Cái
2	Bao Camera tiệt trùng (Bao camera nội soi)	Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm.- Kích thước: 150 mm x 235cm. - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng.- Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	500	Cái

3	Kim lều tĩnh mạch an toàn không có cổng tiêm thuốc (INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM-AP)	Có đầu bao vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay tròn bắt chéo nhau. Catheter nhựa Có 4 đường cân quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. Màng kỹ nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Kim lều có cánh, không cửa, tốc độ chảy 22ml/phút, Tốc độ chảy 1320 ml/giờ. Đường kính và độ dài catheter: 0.7mm x 19mm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2012. Chứng nhận CE, ISO 10555. Bằng sáng chế : 1-0016123 (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam). Chứng nhận 510 của FDA	1,000	Cây
4	Kim tiêm số 18G	Kim các số, Vi định kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 : 2016	40,000	Cái
5	Khẩu trang y tế 4lớp	Đặc điểm: Màu: Xanh, Trắng. 4 lớp. Chất liệu vải không dệt cao cấp được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trước khi đưa vào sản xuất. Đạt nhiều chứng nhận tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Lọc vi khuẩn, lọc bụi: >95%. Giúp ngăn ngừa bụi, vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp..Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	30,000	Cái
6	Đầu col vàng có khóa	Kích thước: 0-200ul có khóa; .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	20,000	Cái
7	Đầu col xanh có khóa	Kích thước: 0-1000ul có khóa; .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	3,000	Cái
8	Bộ dẫn lưu màng phổi bao gồm nắp, 2 ống, bình. Trọn bộ	Bình thủy tinh trong suốt, dung tích 2.000ml; - Có vạch chia đến 1.500ml (Mỗi vạch 100ml).Chất liệu: thủy tinh trong, nhựa PP và PEHD nguyên chất. Tệt trùng bằng khí E.O. Bộ dây dẫn lưu Kích cỡ: + Ống thủy tinh trong dài 300mm ± 2mm, đường kính: Ø10mm ± 1mm. + Ống dẫn lưu nhựa dẻo dài 1000mm ± 10mm, đường kính ngoài: Ø12mm ± 1mm.+ Ống hút nhựa dẻo dài 300mm ± 10mm, đường kính ngoài: Ø10mm ± 1mm.- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	20	Bộ
Tổng cộng : 8 khoản				

- Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 8,9/2024
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
- Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Trú

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân